YONKER Fetal Doppler (YK-90B)

Spesifikasi Teknis

Alat mendengarkan bunyi jantung janin

Dimensi

127*65*27mm

Berat (tanpa baterai)

Berat bersih sekitar 204g (termasuk baterai)

Daya yang Dibutuhkan

3 AAA (No. 5) alkaline battery,DC 4.5V





EVERYWHERE,
WE ALL DESIGN CAREFULLY.

Fitur Unggulan

- Warna: Biru, merah muda, ungu, hijau.
- Badan utama dan probe dirancang secara terpisah, sehingga lebih mudah untuk menemukan jantung janin.
- Penampilan kompak dan cantik, desain ramping.
- Speaker internal untuk memutar suara jantung janin.
- Probe ultrasonik sensitivitas tinggi, Anda bisa mendapatkan area fokus yang lebih besar, secara lebih mendalam untuk mencapai cakupan yang lebih seragam.
- Layar digital LCD FHR presisi tinggi.
- Intensitas keluaran ultrasonik rendah, kualitas keamanan tinggi.
- Konsumsi daya rendah, tiga baterai alkaline AA standar serta dapat mendeteksi dalam waktu lama.

Isi Kemasan

- 1pc fetal doppler YK-90B
- 1pc user manual
- 3pcs* batteries(optional)



Alat ini dapat digunakan untuk mendengarkan bunyi jantung janin dari tubuh ibu hamil dan memperoleh nilai detak jantung janin sehingga dapat memberikan acuan diagnosis klinis.

Lingkungan Operasi	**Penyimpanan**
- Temperatur: +5ºC～40 ºC	-20˚C~+55˚C
- Kelembaban relatif: 30%-80%	10%-93% (without condensation)
- Kisaran tekanan atmosfer: 60kPa-110kPa	50kPa - 110kPa,with no corrosive gas and good ventilation

Informasi Produk

Denyut jantung janin:
- Rentang pengukuran: 50-240bpm
- Akurasi: ±1% atau 1 kali/menit, ambil nilai besar

Sensitivitas terintegrasi:
- Sensitivitas di tempat yang berjarak 200mm dari permukaan probe: >90dB
- Tekanan akustik pada nilai puncak ruang dan nilai puncak waktu P (MPa):
- Tekanan akustik negatif: P_<1MPa
- Tekanan akustik pada nilai puncak ruang dan nilai puncak waktu: < 0,2MPa
- Daya keluaran ultrasonik: < 40mW
- 2 Area efektif elemen sensitif transduser ultrasonik: 157mm ±10%
- Mode operasi: gelombang terus menerus
- Masa pakai adalah 3 tahun

Frekuensi kerja ultrasonik:
- Frekuensi kerja suara nominal: 2.0MHz/2.5MHz.(Khusus untuk tag probe)
- Penyimpangan antara frekuensi kerja suara dan frekuensi kerja suara nominal harus kurang dari ±5%.

PT. INNOVATION HEALTHCARE INDONESIA
Komplek Ruko Permata Kota, Blok Q No. 11
Jln. Pangeran Tubagus Angke No. 170 Jakarta Utara 14450
Phone : (021) 26075090, 26080866 Fax 021-26080867